



Organismo Notificato n° 2142
Notified Body n° 2142



PRD N° 0247 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC.

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements

Certificato di esame UE di tipo

n° I-2142-MI002-TG013 Rev. 0

EU type examination certificate

n° I-2142-MI002-TG013 Rev.0

Emesso da:

Issued by

tifernogas

Via Rodolfo Morandi n° 44/d - 06012- Città di Castello (PG) - Italia

Titolare della certificazione:

Customer

Pietro Fiorentini spa, Via E. Fermi 8/10 36057- Arcugnano (VI) - Italia

Riferimenti legali:

In accordance with

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa agli strumenti di misura integrata nell'ordinamento Italiano con D.Lgs n° 22 del 02 febbraio 2007 (Gazzetta Ufficiale Italiana n° 64 del 17 marzo 2007) e con D.Lgs n° 84 del 19 maggio 2016 (Gazzetta Ufficiale Italiana Serie Generale n°121 del 25 maggio 2016 - Suppl. Ordinario n° 16). Modulo B.

In accordance with the Directive 2014/32/UE of the European Parliament and Council of february 26 , 2014 on measuring Instruments implemented in Italian law by D.Lgs n° 22 of 02 february, 2007 (Italian Gazzetta Ufficiale n° 64 of march 17 , 2007) and by D.Lgs n° 84 del 19 maggio 2016 (Gazzetta Ufficiale Italiana Serie Generale n °121 del 25 maggio 2016 - Suppl. Ordinario n°16). Module B.

Norme armonizzate applicate:

Harmonized standard

EN 12261/A1:2006 "Contatori gas – Contatori a turbina"

EN 12261/A1:2006 "Gas Meters – Turbine Gas Meter"

Tipo di strumento:

Type of instrument

Misuratore a Turbina

Turbine Gas Meter

Fabbricante:

Manufacturer

Pietro Fiorentini spa, Via E. Fermi 8/10 36057

Arcugnano (VI) - Italia

Modello:

Type

iMTM-CT

Caratteristiche:

Characteristics

Classe di accuratezza: 1

Accuracy class:

Ambiente Meccanico/Elettromagnetico: M1 / E2

Environment classes:

Campo temperatura: -25[°C] , +55[°C]

Temperature range:

Tutte le caratteristiche/test dello strumento sono descritte e documentate nella raccolta documenti MFio_2018 12 appartenenti a questo Certificato di esame UE di tipo.

All main features of the instrument and tests are described and filed in the documents collection MFio_2018 12 which belong to this EU-Type Examination Certificate.

Data di rilascio: 11 Ottobre 2018

Date of issue: 11th October 2018

Valido fino al 10 Ottobre 2028

Valid until 10th October 2028

Numero pagine: 1

Number of pages: 1

Timbro a secco

Dry stamp

tifernogas srl
Ing Paolo Tafani Nunno

Nota : La presente certificazione è costituita da 01 pagina . Può essere riprodotta solo integralmente. La certificazione senza timbro e firma non è valida. Fa parte integrante del presente certificato l'allegato A

Note : This certificate is composed by 01 page. It will be only reproduced in full. The certificate is only valid with stamp and signature. It is an integral part of this certificate Annex A